

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		离心管，15ml，锥形底，架装，无菌		产品货号		GC01-0151	
包装规格		25 个/袋，20 袋/箱		生产批号		230910034	
生产日期		2023. 09. 10	有效期至	2026. 09. 09	检验日期	2023. 09. 12	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 27	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
3	亲水性	TC 处理后，测量接触角				N/A	
4	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
5	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》				符合规定	
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定	
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》				符合规定	
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王欣新		确认人：	
咨询热线：(+86) 400-996-8872						张相平	
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 09. 27		日期：	
http://www.genever-bio.com						2023. 09. 27	