

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	微量离心管, 1.5ml, 锥形底, 棕色			产品货号	GC01-0015B	
包装规格	500 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	230317016	
生产日期	2023. 03. 17	有效期至	2028. 03. 16	检验日期	2023. 03. 18	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 03. 19	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	表面应光洁, 不缺胶、缩水, 平整不变形, 无明显黑点			符合规定	
		无划痕裂迹、料花、杂料、油污、手印、气泡和飞边				
		管体透明, 计量刻度准确, 字迹清楚, 线条清晰				
		塑料盖无胶丝、胶屑、外来杂质				
2	离心力	耐受离心力 25000xg, 离心时间 30min			符合规定	
		离心后, 管体应不变形、不破裂				
3	壁厚	锥底中部壁厚 ≥ 0.75			符合规定	
4	容量误差	应控制在标示容量的 $\pm 3\%$ 范围内			符合规定	
5	装配与密封性能	管盖和管体装配动作顺畅, 无明显卡滞现象			符合规定	
		管体密封性能良好, 操作中无液体泄露				
6	耐高温耐高压性能	放入高压消毒器, 经 121℃30min 后, 应无变形与损伤			符合规定	
7	耐低温性能	放入 - 80℃冰箱中, 放置 24h 后, 应无变形与损伤			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军		确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023. 03. 19		日期:	2023. 03. 19
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						