

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		针式过滤器，尼龙 66，13mm，0.22um，绿色		产品货号		GA01-1302			
包装规格		100 个/盒		生产批号		250423002			
生产日期		2025. 04. 23	有效期至	2030. 04. 22	检验日期	2025. 04. 24			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 04. 25			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	过滤面积	0.8 cm ²				符合规定			
2	Holdup 体积(u1)	15 ul				符合规定			
3	润湿性	亲水性的				符合规定			
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口				符合规定			
5	最高使用温度(℃)	100				符合规定			
6	在 23℃的起泡点	2.75-3.25bar				符合规定			
7	燃烧压力	15bar				符合规定			
8	清洁度水平	无斑点，无杂质				符合规定			
9	完整性测试	压力下无泄漏				符合规定			
10	外观	无闪光、变形、可见的斑点				符合规定			
11	包装	打印效果好，包装完整无破损				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 04. 25		日期：		2025. 04. 25	
http://www.genever-bio.com									