

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		细胞筛网，70um，200 目，独立包装，无菌		产品货号		CS04-0070	
包装规格		1 个/袋，50 袋/箱		生产批号		231201001	
生产日期		2023. 12. 02	有效期至	2026. 12. 01	检验日期	2023. 12. 04	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 19	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	边框注塑牢固			符合规定		
		边框表面光洁无塑料飞边，光滑平整			符合规定		
		滤器无缺失、无黑点			符合规定		
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	性能	流速正常，表面张力低			符合规定		
4	包装	外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损			符合规定		
		标识正确，清晰，标签位置符合要求			符合规定		
5	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2023. 12. 19	日期：	2023. 12. 19	
http://www.genever-bio.com							