

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		针式过滤器，水系 PES，13mm，0.45um，蓝色		产品货号		GA01-1306	
包装规格		100 个/盒		生产批号		221027016	
生产日期		2022. 10. 27	有效期至	2027. 10. 26	检验日期	2022. 10. 28	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 10. 29	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	过滤面积	0.8 cm ²			符合规定		
2	Holdup 体积(u1)	15 u1			符合规定		
3	润湿性	亲水性的			符合规定		
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口			符合规定		
5	最高使用温度(℃)	100			符合规定		
6	在 23℃的起泡点	2.75-3.25bar			符合规定		
7	燃烧压力	15bar			符合规定		
8	清洁度水平	无斑点，无杂质			符合规定		
9	完整性测试	压力下无泄漏			符合规定		
10	外观	无闪光、变形、可见的斑点			符合规定		
11	包装	打印效果好，包装完整无破损			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王欣新	确认人：	张相平		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2022. 10. 29	日期：	2022. 10. 29		
http://www.genever-bio.com							