

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		针式过滤器，水系 PES，13mm，0.22um，黄色，无菌		产品货号		GA02-1305			
包装规格		100 个/盒		生产批号		220826LM1			
生产日期		2022. 08. 26	有效期至	2027. 08. 25	检验日期	2022. 08. 28			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 09. 12			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	过滤面积	0.8 cm ²			符合规定				
2	Holdup 体积(u1)	15 ul			符合规定				
3	润湿性	亲水性的			符合规定				
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口			符合规定				
5	最高使用温度(℃)	100			符合规定				
6	在 23℃的起泡点	2. 75-3. 25bar			符合规定				
7	燃烧压力	15bar			符合规定				
8	清洁度水平	无斑点，无杂质			符合规定				
9	完整性测试	压力下无泄漏			符合规定				
10	外观	没有闪光，没有变形，没有可见的斑点			符合规定				
11	包装	打印效果好，包装完整无破损			符合规定				
12	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		泰为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2022. 09. 12		日期：		2022. 09. 12	
http://www.genever-bio.com									