

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		针式过滤器，水系 PES，25mm，0.22um，黄色，无菌		产品货号		GA02-2505	
包装规格		50 个/盒		生产批号		240301LM7	
生产日期		2024. 03. 01	有效期至	2029. 02. 28	检验日期	2024. 03. 03	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 03. 18	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	过滤面积	0.8 cm ²				符合规定	
2	Holdup 体积(ul)	15 ul				符合规定	
3	润湿性	亲水性的				符合规定	
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口				符合规定	
5	最高使用温度(℃)	100				符合规定	
6	在 23℃的起泡点	2.75-3.25 bar				符合规定	
7	燃烧压力	15 bar				符合规定	
8	清洁度水平	无斑点，无杂质				符合规定	
9	完整性测试	压力下无泄漏				符合规定	
10	外观	没有闪光，没有变形，没有可见的斑点				符合规定	
11	包装	打印效果好，包装完整无破损				符合规定	
12	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军		确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2024. 03. 18		日期：	2024. 03. 18	
http://www.genever-bio.com							