

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	细胞筛网, 70um, 200 目, 独立包装, 无菌			产品货号	CS04-0070	
包装规格	1 个/袋, 50 袋/箱			生产批号	230403008	
生产日期	2023. 04. 03	有效期至	2026. 04. 02	检验日期	2023. 04. 05	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 04. 20	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	边框注塑牢固			符合规定	
		边框表面光洁无塑料飞边, 光滑平整			符合规定	
		滤器无缺失、无黑点			符合规定	
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定	
3	性能	流速正常, 表面张力低			符合规定	
4	包装	外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损			符合规定	
		标识正确, 清晰, 标签位置符合要求			符合规定	
5	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新		确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023. 04. 20		日期:	2023. 04. 20
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						