

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，500ml，PP		产品货号		GE01-02-0500	
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		230913007	
生产日期		2023. 09. 13	有效期至	2028. 09. 12	检验日期	2023. 09. 14	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 15	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	黑点≤0.2mm ² ，同侧面黑点≤2 个				符合规定	
		无油污、无异色				符合规定	
		无裂痕/拉伤、无划伤				符合规定	
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定	
		无缩水/变形、无缺料				符合规定	
		浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏				符合规定	
4	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	质检专用章 王欣新	确认人：	张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2023. 09. 15	日期：	2023. 09. 15	
http://www.genever-bio.com							