

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------|------|--------------|--|--------------|--|
| 产品名称                       |      | 广口试剂瓶, 8ml, HDPE, 无菌     |      | 产品货号         |      | GE02-0008S   |  |              |  |
| 包装规格                       |      | 20 个/袋, 20 袋/箱           |      | 生产批号         |      | 20240221     |  |              |  |
| 生产日期                       |      | 2024. 02. 20             | 有效期至 | 2027. 02. 19 | 检验日期 | 2024. 02. 22 |  |              |  |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP              | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2024. 03. 09 |  |              |  |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                     |      |              |      | 检验结果         |  |              |  |
| 1                          | 外观   | 黑点≤0.2mm2, 同侧面黑点≤2 个     |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无油污, 无异色                 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无裂痕/拉伤, 无划伤              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无色差、无气泡/穿孔               |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 无缩水/变形, 无缺料              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      | 浇口/毛刺≤0.3mm              |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 2                          | 尺寸   | 应符合图纸中规格                 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 3                          | 密封性  | 抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏 |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 4                          | 包装   | 包材、数量正确, 包装完好            |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
| 5                          | 无菌检测 | 产品灭菌后经检测应为无菌             |      |              |      | 符合规定         |  |              |  |
|                            |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
|                            |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
| 检验结论                       |      | 合格                       |      |              |      |              |  |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人:                     |      | 质检专用章<br>王 军 |      | 确认人:         |  | 汤 磊          |  |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |      | 日期:                      |      | 2024. 03. 09 |      | 日期:          |  | 2024. 03. 09 |  |
| http://www.genever-bio.com |      |                          |      |              |      |              |  |              |  |