

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 60ml, PP			产品货号	GE01-02-0060	
包装规格	10 个/袋, 20 袋/箱			生产批号	230913004	
生产日期	2023. 09. 13	有效期至	2028. 09. 12	检验日期	2023. 09. 14	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 09. 15	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	黑点 $\leq 0.2\text{mm}^2$, 同侧面黑点 ≤ 2 个			符合规定	
		无油污、无异色			符合规定	
		无裂痕/拉伤、无划伤			符合规定	
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定	
		无缩水/变形、无缺料			符合规定	
		浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$			符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定	
3	密封性	抽空-70kpa $\sim$ -90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定	
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定	
检验结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:		确认人:		
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:		2023. 09. 15		
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2023. 09. 15		
http://www.genever-bio.com						