

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
|----------------------------|------|-------------------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--|
| 产品名称                       |      | 广口试剂瓶，30m，HDPE，无菌       |      | 产品货号         |      | GE02-0030S |              |              |  |
| 包装规格                       |      | 100 个/袋，10 袋/箱          |      | 生产批号         |      | 20240115   |              |              |  |
| 生产日期                       |      | 2024. 01. 15            | 有效期至 | 2027. 01. 14 | 检验日期 |            | 2024. 01. 17 |              |  |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP             | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 |            | 2024. 02. 01 |              |  |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                    |      |              |      | 检验结果       |              |              |  |
| 1                          | 外观   | 黑点≤0.2mm2，同侧面黑点≤2 个     |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      | 无油污，无异色                 |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      | 无裂痕/拉伤，无划伤              |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      | 无色差、无气泡/穿孔              |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      | 无缩水/变形，无缺料              |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      | 浇口/毛刺≤0.3mm             |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
| 2                          | 尺寸   | 应符合图纸中规格                |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
| 3                          | 密封性  | 抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏 |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
| 4                          | 包装   | 包材、数量正确，包装完好            |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
| 5                          | 无菌检测 | 产品灭菌后经检测应为无菌            |      |              |      | 符合规定       |              |              |  |
|                            |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
|                            |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
|                            |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
|                            |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
| 检验结论                       |      | 合格                      |      |              |      |            |              |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人：                    |      | 王 军          |      | 确认人：       |              | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |      | 日期：                     |      | 2024. 02. 01 |      | 日期：        |              | 2024. 02. 01 |  |
| http://www.genever-bio.com |      |                         |      |              |      |            |              |              |  |