

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	程序降温盒，12 孔，适用于 5ml 冻存管			产品货号	GD02-0050
包装规格	1 个/箱			生产批号	231106006
生产日期	2023. 11. 06	有效期至	2028. 11. 05	检验日期	2023. 11. 07
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 11. 08
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
3	尺寸	应符合图纸中规格		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	王欣新	确认人：	张相平
咨询热线：(+86) 400-996-8872					
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2023. 11. 08	日期：	2023. 11. 08
http://www.genever-bio.com					