

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，250ml，PP		产品货号		GE01-0250			
包装规格		25 个/袋，10 袋/箱		生产批号		20240510			
生产日期		2024. 05. 10	有效期至	2029. 05. 09	检验日期	2024. 05. 11			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 05. 12			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	黑点≤0.2mm，同侧面黑点≤2 个				符合规定			
		无油污、无异色				符合规定			
		无裂痕/拉伤、无划伤				符合规定			
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定			
		无缩水/变形、无缺料				符合规定			
		浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	密封性	抽真空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏				符合规定			
4	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 05. 12		日期：		2024. 05. 12	
http://www.genever-bio.com									