

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	可立冻存管, 1ml, 内旋, 无菌			产品货号	GD01-0010N
包装规格	100 支/袋, 20 袋/箱			生产批号	220216011
生产日期	2022. 02. 16	有效期至	2025. 02. 15	检验日期	2022. 02. 18
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 03. 05
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
		密封效果好			符合规定
3	温度	通过-196℃低温测试, 无明显损伤			符合规定
4	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
5	容量	1ml			符合规定
6	机理环境	无菌, 无酶, 无热原			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022. 03. 05	日期:	2022. 03. 05
http://www.genever-bio.com					