

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，60ml，PP		产品货号		GE01-0060	
包装规格		100 个/袋，10 袋/箱		生产批号		20240418	
生产日期		2024. 04. 18	有效期至	2029. 04. 17	检验日期	2024. 04. 19	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 04. 20	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	黑点≤0.2mm ² ，同侧面黑点≤2 个			符合规定		
		无油污、无异色			符合规定		
		无裂痕/拉伤、无划伤			符合规定		
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定		
		无缩水/变形、无缺料			符合规定		
		浇口/毛刺≤0.3mm			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa，3 分钟不渗漏			符合规定		
4	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定		
检验结论		合格 江苏为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王 军					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 04. 20		日期：	
http://www.genever-bio.com						2024. 04. 20	