

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 125ml, PP			产品货号	GE01-0125
包装规格	50 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20240616
生产日期	2024.06.16	有效期至	2029.06.15	检验日期	2024.06.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.06.18
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点 $\leq$ 0.2mm, 同侧面黑点 $\leq$ 2 个			符合规定
		无油污、无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤、无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形、无缺料			符合规定
		浇口/毛刺 $\leq$ 0.3mm			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	密封性	抽真空-70kpa $\sim$ -90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.06.18	日期:	2024.06.18
http://www.genever-bio.com					