

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶，8ml，PP		产品货号		GE01-0008			
包装规格		150 个/袋，10 袋/箱		生产批号		22042601			
生产日期		2022. 04. 26	有效期至		2027. 04. 25	检验日期		2022. 04. 27	
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2022. 04. 28
序号	检验项目		标准规定				检验结果		
1	外观		黑点≤0.2mm2，同侧面黑点≤2 个				符合规定		
			无油污、无异色				符合规定		
			无裂痕/拉伤、无划伤				符合规定		
			无色差、无气泡/穿孔				符合规定		
			无缩水/变形、无缺料				符合规定		
			浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定		
2	尺寸		应符合图纸中规格				符合规定		
3	密封性		抽空-70kpa～-90Kpa，3 分钟不渗漏				符合规定		
4	包装		包材、数量正确，包装完好				符合规定		
检验结论			合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	江苏为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王欣新		确认人：	张相平		
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2022. 04. 28		日期：	2022. 04. 28		
http://www.genever-bio.com									