

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |                  |                                             |              |      |              |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 产品名称                       | 广口试剂瓶, 250ml, PP |                                             |              | 产品货号 | GE01-02-0250 |
| 包装规格                       | 10 个/袋, 10 袋/箱   |                                             |              | 生产批号 | 230913006    |
| 生产日期                       | 2023. 09. 13     | 有效期至                                        | 2028. 09. 12 | 检验日期 | 2023. 09. 14 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP      | 检验部门                                        | 质控部          | 报告日期 | 2023. 09. 15 |
| 序号                         | 检验项目             | 标准规定                                        |              |      | 检验结果         |
| 1                          | 外观               | 黑点 $\leq 0.2\text{mm}^2$ , 同侧面黑点 $\leq 2$ 个 |              |      | 符合规定         |
|                            |                  | 无油污、无异色                                     |              |      | 符合规定         |
|                            |                  | 无裂痕/拉伤、无划伤                                  |              |      | 符合规定         |
|                            |                  | 无色差、无气泡/穿孔                                  |              |      | 符合规定         |
|                            |                  | 无缩水/变形、无缺料                                  |              |      | 符合规定         |
|                            |                  | 浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$                   |              |      | 符合规定         |
| 2                          | 尺寸               | 应符合图纸中规格                                    |              |      | 符合规定         |
| 3                          | 密封性              | 抽空-70kpa $\sim$ -90Kpa, 3 分钟不渗漏             |              |      | 符合规定         |
| 4                          | 包装               | 包材、数量正确, 包装完好                               |              |      | 符合规定         |
|                            |                  |                                             |              |      |              |
|                            |                  |                                             |              |      |              |
|                            |                  |                                             |              |      |              |
|                            |                  |                                             |              |      |              |
| 检验结论                       |                  | 合格                                          |              |      |              |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                  | 检验人:                                        | 质检专用章<br>王欣新 | 确认人: | 张相平          |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                  |                                             |              |      |              |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                  | 日期:                                         | 2023. 09. 15 | 日期:  | 2023. 09. 15 |
| http://www.genever-bio.com |                  |                                             |              |      |              |