

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		可立冻存管，1ml，外旋，无菌		产品货号		GD01-0010			
包装规格		100 支/袋，20 袋/箱		生产批号		230605013			
生产日期		2023. 06. 05	有效期至	2026. 06. 04	检验日期	2023. 06. 07			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 06. 22			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			符合规定				
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
		密封效果好			符合规定				
3	温度	通过-196℃低温测试，无明显损伤			符合规定				
4	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定				
5	容量	1ml			符合规定				
6	机理环境	无菌，无酶，无热原			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 06. 22		日期：		2023. 06. 22	
http://www.genever-bio.com									