

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		广口试剂瓶, 125ml, 棕色, PP		产品货号		GE11-0125			
包装规格		50 个/袋, 10 袋/箱		生产批号		20240919			
生产日期		2024. 09. 19	有效期至	2029. 09. 18	检验日期		2024. 09. 20		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期		2024. 09. 21		
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	黑点≤0.2mm2, 同侧面黑点≤2 个				符合规定			
		无油污, 无异色				符合规定			
		无裂痕/拉伤, 无划伤				符合规定			
		无色差、无气泡/穿孔				符合规定			
		无缩水/变形, 无缺料				符合规定			
		浇口/毛刺≤0.3mm				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	密封性	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏				符合规定			
4	包装	包材、数量正确, 包装完好				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:		王 军		确认人:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872									
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2024. 09. 21		日期:		2024. 09. 21	
http://www.genever-bio.com									