

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，方孔锥底，2.2ml，无盖，无菌		产品货号		GE-2.2-SQV-96-S			
包装规格		5 个/袋，10 袋/箱		生产批号		250507001			
生产日期		2025.05.07	有效期至	2028.05.06	检验日期	2025.05.09			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.05.24			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定			
		产品表面无气泡、黑点、脏污等				符合规定			
		产品上毛边小于 0.1mm				符合规定			
		产品无缺口、破孔、明显色差等				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	负压侧漏	不允许有渗漏				符合规定			
4	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		江苏吉泰生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王军		确认人：		汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025.05.24		日期：		2025.05.24	
http://www.genever-bio.com									