


文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		离心管，15ml，锥形底，袋装，无菌		产品货号		GC01-1150			
包装规格		25 个/袋，20 袋/箱		生产批号		250226001			
生产日期		2025. 02. 26	有效期至	2028. 02. 25	检验日期	2025. 02. 28			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 03. 15			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定				
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
3	亲水性	TC 处理后，测量接触角			N/A				
4	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定				
5	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			符合规定				
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定				
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定				
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：				确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2025. 03. 15		日期：		2025. 03. 15	
http://www.genever-bio.com									