

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	巴氏吸管，5ml，独立包装，无菌			产品货号	GP02-1005
包装规格	100 支/袋，5 袋/箱			生产批号	250506003
生产日期	2025. 05. 06	有效期至	2028. 05. 05	检验日期	2025. 05. 08
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 05. 23
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
3	容量	5ml±0.1		符合规定	
4	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872					
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025. 05. 23	日期：	2025. 05. 23
http://www.genever-bio.com					