

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		血清移液管，10ml，橘色标记，独立包装，无菌		产品货号		GP03-0010			
包装规格		50 支/袋，4 袋/箱		生产批号		11024101			
生产日期		2024. 10. 08	有效期至	2027. 10. 07	检验日期	2024. 10. 10			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 10. 25			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯			符合规定				
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷			符合规定				
3	流出时间	最快 0. 5s，最慢 8. 0s			符合规定				
4	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的那段时间			符合规定				
5	容量允差	最小分度 0. 1ml，容量允差≤±0. 2ml			符合规定				
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性			符合规定				
7	热原检查	细菌内毒素限值（L）≤ 0. 5 EU/ml			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 10. 25		日期：		2024. 10. 25	
http://www.genever-bio.com									