

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		三角细胞摇瓶，250ml，密封盖，PC，无菌		产品货号		GF01-0250M	
包装规格		1 个/袋，12 袋/箱		生产批号		250125002	
生产日期		2025. 01. 25	有效期至	2028. 01. 24	检验日期	2025. 01. 27	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 02. 11	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	表面应光洁、平整，不变形			符合规定		
		无黑点、裂痕、料花、杂料、油污、手印、气泡、飞边等			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	密封性	负压 50Kpa，保压 3min，无渗漏			符合规定		
4	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定		
5	细胞培养检测	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好			符合规定		
6	体外细胞毒性检测	应符合 0 级要求			符合规定		
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定		
8	内毒素检测	经检测细菌内毒素≤0.1EU/mL			符合规定		
9	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定		
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
		测试品：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	日期：	2025. 02. 11	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025. 02. 11	日期：	2025. 02. 11		
http://www.genever-bio.com							