

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	血清移液管，50ml，紫色标记，独立包装，无菌			产品货号	GP03-0050
包装规格	25 支/袋，4 袋/箱			生产批号	15025041
生产日期	2025. 04. 02	有效期至	2028. 04. 01	检验日期	2025. 04. 04
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 04. 19
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯			符合规定
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读书、使用效果等缺陷			符合规定
3	流出时间	最快 0. 5s，最慢 8. 0s			符合规定
4	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的时间			符合规定
5	容量允差	最小分度 0. 5ml，容量允差 ≤ ± 1. 0ml			符合规定
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性			符合规定
7	热原检查	细菌内毒素限值（L） ≤ 0. 5 EU/ml			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872					
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2025. 04. 19	日期：	2025. 04. 19
http://www.genever-bio.com					