

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		血清移液管，50ml，紫色标记，独立包装，无菌		产品货号		GP03-0050			
包装规格		25 支/袋，4 袋/箱		生产批号		15024031			
生产日期		2024. 03. 04	有效期至	2027. 03. 03	检验日期	2024. 03. 06			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 03. 21			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯				符合规定			
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读书、使用效果等缺陷				符合规定			
3	流出时间	最快 0. 5s， 最慢 8. 0s				符合规定			
4	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的时间				符合规定			
5	容量允差	最小分度 0. 5ml，容量允差≤±1. 0ml				符合规定			
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性				符合规定			
7	热原检查	细菌内毒素限值（L）≤ 0. 5 EU/ml				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 03. 21		日期：		2024. 03. 21	
http://www.genever-bio.com									