

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		细胞培养瓶，T75，表面 TC 处理，透气盖，无菌		产品货号		GS03-7500	
包装规格		5 个/袋，20 袋/箱		生产批号		250225001	
生产日期		2025. 02. 25	有效期至	2028. 02. 24	检验日期	2025. 02. 27	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025. 03. 14	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定		
4	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定		
5	内毒素检测	应符合《细菌内毒素检验规范》中要求			符合规定		
6	细胞培养检测	应符合《细胞培养类产品性能检验规范》中要求			符合规定		
7	浸出物测试	应符合《浸出物检验规范》中要求			符合规定		
8	初始污染菌测试	应符合《初始污染菌检验规范》中要求			符合规定		
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2025. 03. 14	日期：	2025. 03. 14	
http://www.genever-bio.com							