

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		深孔板，96 孔，方孔锥底，1.2ml		产品货号		GE-12A-96-T-NL				
包装规格		10 个/袋，10 袋/箱		生产批号		202401015				
生产日期		2024. 01. 29	有效期至		2029. 01. 28	检验日期		2024. 02. 02		
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2024. 02. 03	
序号	检验项目		标准规定				检验结果			
1	外观		产品注塑成型后无缺陷、结构完整、无变形				符合规定			
			产品表面无气泡、黑点、脏污等				符合规定			
			产品上毛边小于 0.1mm				符合规定			
			产品无缺口、破孔、明显色差等				符合规定			
2	尺寸		应符合图纸中规格				符合规定			
3	负压侧漏		不允许有渗漏				符合规定			
4	核酸酶检测		阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			
			阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
			待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
检验结论			合格 质检专用章							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2024. 02. 03		日期：		2024. 02. 03	
http://www.genever-bio.com										