

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		细胞培养板，96 孔，平底，表面 TC 处理，无菌		产品货号		GS01-0096			
包装规格		1 个/袋，50 袋/箱		生产批号		240307002			
生产日期		2024. 03. 07	有效期至	2027. 03. 06	检验日期	2024. 03. 09			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 03. 24			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷				符合规定			
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
3	接触角	接触角≤60°				符合规定			
4	细胞培养检测	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定			
5	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定			
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
7	内毒素检测	经检测细菌内毒素≤0.1EU/mL				符合规定			
8	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
		测试品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
检验结论		合格 质检专用章 王 军							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 03. 24		日期：		2024. 03. 24	
http://www.genever-bio.com									