

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		细胞培养皿，100mm，表面 TC 处理，易握型，无菌		产品货号		GS02-0100	
包装规格		10 个/袋，30 袋/箱		生产批号		230513008	
生产日期		2023. 05. 13	有效期至	2026. 05. 12	检验日期	2023. 05. 15	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 05. 30	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷				符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定	
3	接触角	接触角≤60°				符合规定	
4	细胞培养检测	细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好				符合规定	
5	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定	
7	内毒素检测	经检测细菌内毒素≤0.1EU/mL				符合规定	
8	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		测试品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		质检专用章	确认人：	张相平
咨询热线：(+86) 400-996-8872					王欣新		
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2023. 05. 30	日期：	2023. 05. 30
http://www.genever-bio.com							