

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		血清移液管，5ml，蓝色标记，独立包装，无菌		产品货号		GP03-0005	
包装规格		50 支/袋，4 袋/箱		生产批号		10524087	
生产日期		2024. 08. 28	有效期至	2027. 08. 27	检验日期	2024. 08. 30	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 09. 14	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	材料	原材料应为医用级聚苯乙烯			符合规定		
2	外观缺陷	表面和内层不得有影响计量读数、使用效果等缺陷			符合规定		
3	流出时间	最快 0. 5s, 最慢 7. 0s			符合规定		
4	等待时间	如规定等待时间，则移液管的弯液面在流液口停止后，等到移液管尖端从接收容器移走前所用的时间			符合规定		
5	容量允差	最小分度 0. 1ml，容量允差≤±0. 1ml			符合规定		
6	无菌试验	细菌培养结果应为阴性			符合规定		
7	热原检查	细菌内毒素限值（L）≤ 0. 5 EU/ml			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		汤 磊		确认人：	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 09. 14		日期：	
http://www. genever-bio. com							