

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微孔滤膜，水系，混合纤维素 MCE，47mm，0.22um，白底黑格，无菌		产品货号		GE-F5023-2S	
包装规格		200 片/盒		生产批号		240721002	
生产日期		2024. 07. 21	有效期至	2027. 07. 20	检验日期	2024. 07. 23	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 08. 07	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	直径	47±0.05mm				47.0	
2	润湿性	亲水				符合规定	
3	最高工作温度(℃)	100				符合规定	
4	水泡点	2.3~3.0 bar				2.5	
5	清洁度等级	无斑点、无杂质				符合规定	
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：王军		质检专用章		确认人：汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com		日期：2024. 08. 07		日期：2024. 08. 07			