

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	细胞培养板, 48 孔, 平底, 表面 TC 处理, 无菌			产品货号	GS01-0048
包装规格	1 个/袋, 50 袋/箱			生产批号	230514004
生产日期	2023. 05. 14	有效期至	2026. 05. 13	检验日期	2023. 05. 16
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 05. 31
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	接触角	接触角 $\leq 60^{\circ}$			符合规定
4	细胞培养检测	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好			符合规定
5	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
7	内毒素检测	经检测细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/mL}$			符合规定
8	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
		测试品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 05. 31	日期:	2023. 05. 31
http://www.genever-bio.com					