

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		方形培养基瓶，1000ml，PETG，无菌		产品货号		GH02-1000			
包装规格		24 个/袋，2 袋/箱		生产批号		230528006			
生产日期		2023. 05. 28	有效期至	2026. 05. 27	检验日期	2023. 05. 30			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 06. 14			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	瓶口端面应平整，螺纹应圆滑，无明显毛刺、飞边等				符合规定			
		瓶身成型饱满、塑化良好，表面光滑，无明显划痕				符合规定			
		瓶底站立平稳，放置时不得出现摇晃现象				符合规定			
		瓶盖应光洁，不得有黑点、锈斑、油污等外来附着物				符合规定			
		色泽均匀，透明度好，能清晰的观察到容器内的物质				符合规定			
2	刻度	容量刻度线清晰完整，不得缺失刻度和数字				符合规定			
		容量刻度误差应控制在标示容量的±0. 5ml 范围内				符合规定			
3	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定			
4	密封性	瓶盖与瓶身应旋盖顺畅，配合严密				符合规定			
		经-95Kpa，120s 密封性试验后，应无渗漏				符合规定			
5	耐高温性能	放入 56℃水浴中，放置 30min 后取出，瓶体应无异样				符合规定			
6	耐低温性能	放入-80℃环境下，放置 48h 后取出，瓶体应无异样				符合规定			
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
8	内毒素检测	经检测细菌内毒素的含量应<0.125 EU/ml				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872		日期：		2023. 06. 14		日期：		2023. 06. 14	
固定电话：(+86) 0523-86266686									
http://www.genever-bio.com									