

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

|                            |        |                           |      |              |      |              |  |
|----------------------------|--------|---------------------------|------|--------------|------|--------------|--|
| 产品名称                       |        | 细胞培养板，96 孔，平底，表面 TC 处理，无菌 |      | 产品货号         |      | GS01-0096    |  |
| 包装规格                       |        | 1 个/袋，50 袋/箱              |      | 生产批号         |      | 250113004    |  |
| 生产日期                       |        | 2025. 01. 13              | 有效期至 | 2028. 01. 12 | 检验日期 | 2025. 01. 15 |  |
| 检验依据                       |        | 检验标准指导书 SIP               | 检验部门 | 质控部          | 报告日期 | 2025. 02. 05 |  |
| 序号                         | 检验项目   | 标准规定                      |      |              |      | 检验结果         |  |
| 1                          | 外观     | 应无黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷     |      |              |      | 符合规定         |  |
| 2                          | 尺寸     | 应符合图纸中规格                  |      |              |      | 符合规定         |  |
| 3                          | 接触角    | 接触角≤60°                   |      |              |      | 符合规定         |  |
| 4                          | 细胞培养检测 | 细胞培养后，细胞贴壁状态良好，形态良好       |      |              |      | 符合规定         |  |
| 5                          | 包装     | 包材、数量正确，包装完好              |      |              |      | 符合规定         |  |
| 6                          | 无菌检测   | 产品灭菌后经检测应为无菌              |      |              |      | 符合规定         |  |
| 7                          | 内毒素检测  | 经检测细菌内毒素≤0.1EU/mL         |      |              |      | 符合规定         |  |
| 8                          | 核酸酶检测  | 阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带       |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |        | 阴性对照：条带清晰可见、无拖尾           |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |        | 测试品：条带清晰可见、无拖尾            |      |              |      | 符合规定         |  |
|                            |        |                           |      |              |      |              |  |
|                            |        |                           |      |              |      |              |  |
|                            |        |                           |      |              |      |              |  |
|                            |        |                           |      |              |      |              |  |
| 检验结论                       |        | 合格                        |      |              |      |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |        |                           | 检验人： | 质检专用章<br>王 军 | 确认人： | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |        |                           |      |              |      |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |        |                           | 日期：  | 2025. 02. 05 | 日期：  | 2025. 02. 05 |  |
| http://www.genever-bio.com |        |                           |      |              |      |              |  |