

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		微孔滤膜，水系，聚醚砜 PES，142mm，0.22um		产品货号		GE-F1421				
包装规格		50 片/盒		生产批号		320111126				
生产日期		2024. 11. 18	有效期至	2029. 11. 17	检验日期	2024. 11. 19				
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 20				
序号	检验项目		标准规定			检验结果				
1	材质		PES			符合规定				
2	颜色		白色			符合规定				
3	孔径（um）		0.22			符合规定				
4	直径（mm）		142			符合规定				
5	润湿性		亲水			符合规定				
6	厚度（um）		130-140			符合规定				
7	泡点(Mpa)		0.31-0.41			符合规定				
8	流速(ml/min@0.07Mpa)		24.94-29.23			符合规定				
9	HPLC 溶出物检测		合格			符合规定				
检验结论			泰诺生物技术(江苏)有限公司 合格 质检专用章 王 军							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：		确认人：		汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2024. 11. 20		日期：		2024. 11. 20	
http://www.genever-bio.com										