

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管，0.2ml，白色，连盖		产品货号		PCR-0208W-FC				
包装规格		125 个/盒，10 盒/箱		生产批号		230927012				
生产日期		2023. 09. 27	有效期至		2028. 09. 26	检验日期		2023. 09. 28		
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2023. 09. 29	
序号	检验项目		标准规定				检验结果			
1	外观		色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
			表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
			管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	结构		不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
			无变形				符合规定			
			密封效果良好				符合规定			
3	容量		0.2ml±0.01				符合规定			
4	内毒素检测		细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定			
5	核酸酶检测		阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			
			阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
			待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			
检验结论			合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验：		质 检 专 用 章 王欣新		确认：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2023. 09. 29		日期：		2023. 09. 29	
http://www.genever-bio.com										