

文件编号: JNW-QD-QR-5002

# 建诺为生物技术（江苏）有限公司

## 产品质量检验报告

|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|----------------------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--|
| 产品名称                       |      | 样品管，1.5ml，可立，带平盖，无色，绿盖         |                                                            | 产品货号         |      | GY01-0015-G  |  |
| 包装规格                       |      | 100 支/袋，10 袋/箱                 |                                                            | 生产批号         |      | 240930025    |  |
| 生产日期                       |      | 2024. 09. 30                   | 有效期至                                                       | 2029. 09. 29 | 检验日期 | 2024. 10. 08 |  |
| 检验依据                       |      | 检验标准指导书 SIP                    | 检验部门                                                       | 质控部          | 报告日期 | 2024. 10. 09 |  |
| 序号                         | 检验项目 | 标准规定                           |                                                            |              |      | 检验结果         |  |
| 1                          | 外观   | 表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷      |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 2                          | 配合性能 | 管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭           |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
|                            |      | 垫圈与管盖、管体配合良好                   |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 3                          | 泄漏测试 | 加入液体（水）倒置静置 1 小时，无漏液           |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 4                          | 密封性能 | -0.06Mpa 状态下 10min，无漏液变形       |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 5                          | 离心测试 | 14000Rcf，离心 20min，不可有开裂、损坏、泄露等 |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 6                          | 冷冻性能 | 经-20℃，24 小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等    |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
| 7                          | 包装   | 包材、数量正确，包装完好                   |                                                            |              |      | 符合规定         |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
|                            |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
| 检验结论                       |      | 合格                             |                                                            |              |      |              |  |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |      | 检验人：                           | <div>江苏为生物技术（江苏）有限公司</div> <div>质检专用章</div> <div>王 军</div> |              | 确认人： | 汤 磊          |  |
| 咨询热线：(+86) 400-996-8872    |      |                                |                                                            |              |      |              |  |
| 固定电话：(+86) 0523-86266686   |      | 日期：                            | 2024. 10. 09                                               |              | 日期：  | 2024. 10. 09 |  |
| http://www.genever-bio.com |      |                                |                                                            |              |      |              |  |