

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		叠装吸头，蓝色，1000u1，加长，无菌		产品货号		GT04-1000B			
包装规格		96 支*5 板/盒，10 盒/箱		生产批号		202408003			
生产日期		2024. 08. 19	有效期至	2027. 08. 18	检验日期	2024. 08. 21			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 09. 05			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液			符合规定				
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性			符合规定				
6	容量	1000u1±1			符合规定				
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定				
8	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准：<0.125 EU/ml			符合规定				
检验结论		合格 质控专用章							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 09. 05		日期：		2024. 09. 05	
http://www.genever-bio.com									