

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管，0.2ml，透明，含平盖，B 款		产品货号		PCR-1208-F	
包装规格		125 个/盒，10 盒/箱		生产批号		231227002	
生产日期		2023. 12. 27	有效期至	2028. 12. 26	检验日期	2023. 12. 28	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 29	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定	
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定	
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定	
		无变形				符合规定	
		密封效果良好				符合规定	
3	容量	0.2ml±0.01				符合规定	
4	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准：≤0.05EU/ml				符合规定	
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验：王军		确认：汤磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：2023. 12. 29		日期：2023. 12. 29		
http://www.genever-bio.com							