

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PCR 八联管, 0.1ml, 白色, 含平盖			产品货号	PCR-0108W-F
包装规格	125 个/盒, 10 盒/箱			生产批号	230829023
生产日期	2023. 08. 29	有效期至	2028. 08. 28	检验日期	2023. 08. 30
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 08. 31
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
		密封效果良好		符合规定	
3	容量	0.1ml ± 0.01		符合规定	
4	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准: ≤0.05EU/ml		符合规定	
5	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带		符合规定	
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾		符合规定	
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 08. 31	日期:	2023. 08. 31
http://www.genever-bio.com					