

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 管，0.2ml，透明，平盖		产品货号		PCR-02-F	
包装规格		1000 个/盒，10 盒/箱		生产批号		240902002	
生产日期		2024. 09. 02	有效期至	2029. 09. 01	检验日期	2024. 09. 03	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 09. 04	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
		密封效果好			符合规定		
3	容量	0.2ml±0.01			符合规定		
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml			符合规定		
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定		
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验：	江苏为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章		确认：	汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2024. 09. 04		日期：	2024. 09. 04	
http://www.genever-bio.com							