

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		样品管，1.5ml，可立，带平盖，棕色（A款）		产品货号		GY12-0015	
包装规格		100支/袋，10袋/箱		生产批号		241222001	
生产日期		2024.12.22	有效期至	2029.12.21	检验日期	2024.12.23	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.12.24	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷				符合规定	
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭				符合规定	
		垫圈与管盖、管体配合良好				符合规定	
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置1小时，无漏液				符合规定	
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下10min，无漏液变形				符合规定	
5	离心测试	14000Rcf，离心20min，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
6	冷冻性能	经-20℃，24小时测试后，不可有开裂、损坏、泄露等				符合规定	
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		检验人：	江苏为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章 王军		确认人：	汤磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2024.12.24		日期：	2024.12.24	
http://www.genever-bio.com							