

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		透明吸头，5ml，小口，适配赛默飞，袋装		产品货号		GT-5000			
包装规格		100 支/袋，10 袋/箱		生产批号		230607001			
生产日期		2023. 06. 07	有效期至	2026. 06. 06	检验日期	2023. 06. 08			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 06. 09			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定				
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液			符合规定				
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性			符合规定				
6	容量	5ml±1			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王欣新		确认人：		张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2023. 06. 09		日期：		2023. 06. 09	
http://www.genever-bio.com									