

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管, 0.1ml, 透明, 含平盖, B 款		产品货号		PCR-1108-F		
包装规格		125 个/盒, 10 盒/箱		生产批号		240105005		
生产日期		2024. 01. 05	有效期至	2029. 01. 04	检验日期	2024. 01. 06		
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 01. 07		
序号	检验项目	标准规定			检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定			
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定			
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定			
		无变形			符合规定			
		密封效果良好			符合规定			
3	容量	0.1ml±0.01			符合规定			
4	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准: ≤0.05EU/ml			符合规定			
5	核酸酶检测	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带			符合规定			
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定			
		待检样品: 条带清晰可见、无拖尾			符合规定			
检验结论		合格						
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:		王军		确认:		汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:		2024. 01. 07		日期:		2024. 01. 07
固定电话: (+86) 0523-86266686								
http://www.genever-bio.com								