

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		RN 吸头，200u1，盒装，无菌		产品货号		GT08-0200	
包装规格		96 支/盒，50 盒/箱		生产批号		241203001	
生产日期		2024. 12. 03	有效期至	2027. 12. 02	检验日期	2024. 12. 05	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 12. 20	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定		
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定		
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
4	密封性	与移液设备配套使用，密封好，无漏液			符合规定		
5	适配性	与移液设备配套使用，应有良好的适配性			符合规定		
6	容量	200u1±1			符合规定		
7	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定		
8	内毒素检测	细菌内毒素含量检测标准：<0.125 EU/ml			符合规定		
检验结论		合格 质检验专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王 军	确认人：	汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2024. 12. 20	日期：	2024. 12. 20	
http://www.genever-bio.com							