

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称		PCR 管，0.5ml，透明，平盖		产品货号		PCR-05-F																																																																																																																															
包装规格		1000 个/盒，10 盒/箱		生产批号		210923011																																																																																																																															
生产日期		2021. 09. 23	有效期至		2025. 09. 22	检验日期		2021. 09. 24																																																																																																																													
检验依据		检验标准指导书 SIP		检验部门		质控部	报告日期		2021. 09. 25																																																																																																																												
<table><tr><td>序号</td><td>检验项目</td><td colspan="4">标准规定</td><td colspan="3">检验结果</td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">外观</td><td colspan="4">色泽均匀一致、透明、无明显色差</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">刻度印刷、书写区印刷干净整洁</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">结构</td><td colspan="4">不可有缺料、多料、断裂等现象</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">无变形</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">密封效果良好</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td>3</td><td>容量</td><td colspan="4">0.5ml±0.01</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td>4</td><td>内毒素检测</td><td colspan="4">细菌内毒素≤0.05EU/ml</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">核酸酶检测</td><td colspan="4">阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">阴性对照：条带清晰可见、无拖尾</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td colspan="4">待检样品：条带清晰可见、无拖尾</td><td colspan="3">符合规定</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">检验结论</td><td colspan="8"> 合格 质检专用章 </td></tr></table>										序号	检验项目	标准规定				检验结果			1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			刻度印刷、书写区印刷干净整洁				符合规定			2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			无变形				符合规定			密封效果良好				符合规定			3	容量	0.5ml±0.01				符合规定			4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定			5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定			阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定			待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定																					检验结论		合格 质检专用章							
序号	检验项目	标准规定				检验结果																																																																																																																															
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定																																																																																																																															
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定																																																																																																																															
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁				符合规定																																																																																																																															
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定																																																																																																																															
		无变形				符合规定																																																																																																																															
		密封效果良好				符合规定																																																																																																																															
3	容量	0.5ml±0.01				符合规定																																																																																																																															
4	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定																																																																																																																															
5	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定																																																																																																																															
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定																																																																																																																															
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定																																																																																																																															
检验结论		合格 质检专用章																																																																																																																																			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验：		确认：		张相平																																																																																																																													
咨询热线：(+86) 400-996-8872				日期：		日期：		2021. 09. 25																																																																																																																													
固定电话：(+86) 0523-86266686				2021. 09. 25		2021. 09. 25		2021. 09. 25																																																																																																																													
http://www.genever-bio.com																																																																																																																																					