

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR96 孔板，0.1ml，透明，无裙边		产品货号		PCR-01-96	
包装规格		10 个/袋，5 袋/箱		生产批号		220320002	
生产日期		2022. 03. 20	有效期至	2026. 03. 19	检验日期	2022. 03. 21	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022. 03. 22	
序号	检验项目	标准规定				检验结果	
1	外观	产品表面不得有黑点、气泡、拉痕、破损等异常缺陷				符合规定	
2	壁厚	壁厚标准规格：0.180～0.360mm				符合规定	
3	蒸发率	PCR 板≤10%				符合规定	
4	离心	无漏液				符合规定	
5	低温冷藏离心	无漏液				符合规定	
6	负压	PCR 板在测漏仪-90KPa 压力下平衡保持 5 秒， 压力变化范围不超过 80Pa				符合规定	
7	包装	包材、数量正确，包装完好				符合规定	
8	内毒素检测	细菌内毒素≤0.05EU/ml				符合规定	
9	核酸酶检测	阳性对照：条带有拖尾、条带不全或无条带				符合规定	
		阴性对照：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
		待检样品：条带清晰可见、无拖尾				符合规定	
检验结论		合格 质检专用章					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人：	王欣新	确认人：	张相平	
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：	2022. 03. 22	日期：	2022. 03. 22	
http://www.genever-bio.com							